




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

			TOTAL DO PROCESSO:	16.371,43
TOTAL DA PROPOSTA				16.371,43
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 011	Total: 16.371,43	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: STERMAX	Modelo: 40ASE 40 litros Anvisa 10430810009	
Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 16.371,43		Total Item: 16.371,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 3.368,69

TOTAL DA PROPOSTA

3.368,69

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 391,69**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CRISTÓFOLI Modelo: MINI INCUBADORA

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 391,69** Total Item: 391,69

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 2.977,00**

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: CRISTÓFOLI Modelo: STERITEST

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 59,54** Total Item: 2.977,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 4.244,75

TOTAL DA PROPOSTA

4.244,75

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 1.267,75**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RBAIÃO Modelo: 3581

Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.267,75** Total Item: 1.267,75

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 2.977,00**

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: 2i Modelo: 2i

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 59,54** Total Item: 2.977,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 8.575,48			
TOTAL DA PROPOSTA			
8.575,48			
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 088	Total: 2.977,00
Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: STERlreport	Modelo: STR-0324
Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 59,54		Total Item: 2.977,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 054	Total: 4.696,00
Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: STC	Modelo: STC-505
Descrição: Teste Bowie Dick em folhas. Teste Bowie Dick em folhas. Indicado para monitorar o sistema de pré-vácuo em esterilizadoras à vapor, para identificar vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. Embalagem com 50 folhas. Possuir validade mínima até 2024.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 469,60		Total Item: 4.696,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 070	Total: 902,48
Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: STC	Modelo: STC-142
Descrição: Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Indicado para mostrar o resultado das condições de esterilização dentro da autoclave. Ele deve realizar a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, vapor e temperatura, mudando a sua cor. Caixa com 250 unidades. Possuir validade mínima até 2024.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 225,62		Total Item: 902,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

TOTAL DO PROCESSO: **21.420,00**

TOTAL DA PROPOSTA

21.420,00

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 041	Total: 16.000,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: bs	Modelo: 4.0
---------	------------------	-----------	-------------

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 16.000,00		Total Item: 16.000,00
---------------	------------------------	--	-----------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 054	Total: 1.200,00
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: isamaq	Modelo: ip400
---------	------------------	---------------	---------------

Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.200,00		Total Item: 1.200,00
---------------	-----------------------	--	----------------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 060	Total: 390,00
---------------	-----------	----------	----------------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: biotron	Modelo: p029
---------	------------------	----------------	--------------

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 390,00		Total Item: 390,00
---------------	---------------------	--	--------------------

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 032	Total: 2.950,00
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: 2i	Modelo: 2i
---------	----------------	-----------	------------

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50	Valor Unit.: 59,00		Total Item: 2.950,00
----------------	--------------------	--	----------------------

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 032	Total: 880,00
---------------	-----------	----------	----------------------

Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: 2i	Modelo: 2i
---------	----------------	-----------	------------

Descrição: Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Indicado para mostrar o resultado das condições de esterilização dentro da autoclave. Ele deve realizar a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, vapor e temperatura, mudando a sua cor. Caixa com 250 unidades. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 4	Valor Unit.: 220,00		Total Item: 880,00
---------------	---------------------	--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: **16.763,12**

TOTAL DA PROPOSTA **16.763,12**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 16.371,43**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BS Modelo: DIGITALE 4.0

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.371,43** Total Item: 16.371,43

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 391,69**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BIOTRON Modelo: P029

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 391,69** Total Item: 391,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 25.703,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

TOTAL DA PROPOSTA				25.703,87
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 080	Total: 16.371,43	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: BS	Modelo: BS DIGITALE 4.0/80360560002	
Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 16.371,43		Total Item: 16.371,43
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 073	Total: 1.267,75	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: CETRO	Modelo: Referência: AR45M55ATJ5/NAO REGULADO	
Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.267,75		Total Item: 1.267,75
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 086	Total: 391,69	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: BIOMECK	Modelo: MOD. BKL 6/NAO REGULADO	
Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 391,69		Total Item: 391,69
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 055	Total: 2.977,00	
Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: MAQUIRA	Modelo: BIO INDICADOR 24H/NAO REGULADO	
Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.				
Quantidade: 50		Valor Unit.: 59,54		Total Item: 2.977,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 016	Total: 4.696,00	
Item: 1	Unidade: Caixa	Marca: SISPAC	Modelo: CHEMDYE MOD. BDA4/NAO REGULADO	
Descrição: Teste Bowie Dick em folhas. Teste Bowie Dick em folhas. Indicado para monitorar o sistema de pré-vácuo em esterilizadoras à vapor, para identificar vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. Embalagem com 50 folhas. Possuir validade mínima até 2024.				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 469,60		Total Item: 4.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 17.260,00

TOTAL DA PROPOSTA 17.260,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 036 Total: 16.000,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ALT Modelo: AHM

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.000,00** Total Item: 16.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 091 Total: 1.260,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CETRO Modelo: AR PED

Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.260,00** Total Item: 1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 7.232,17

TOTAL DA PROPOSTA 7.232,17

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 035 Total: 2.961,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RBAIAO Modelo: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipam

Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.961,00** Total Item: 2.961,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 036 Total: 391,69

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BIOTRON Modelo: Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 391,69** Total Item: 391,69

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 042 Total: 2.977,00

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: MAQUIRA Modelo: Teste indicador Biológico para

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 59,54** Total Item: 2.977,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 030 Total: 902,48

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: MAXXIMED Modelo: Teste indicador Químico (emulador) – Classe 6. Ind

Descrição: Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Indicado para mostrar o resultado das condições de esterilização dentro da autoclave. Ele deve realizar a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, vapor e temperatura, mudando a sua cor. Caixa com 250 unidades. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 225,62** Total Item: 902,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 16.371,43


TOTAL DA PROPOSTA 16.371,43


LOTE 1 Quant.: 1 Num: 021 Total: 16.371,43


Item: 1 Unidade: Unidade Marca: STERMAX Modelo: BOX EXTRA 40L

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.371,43** Total Item: 16.371,43







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 16.000,00



TOTAL DA PROPOSTA 16.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 053 Total: 16.000,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: DIGITALE Modelo: 40 LITROS

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.000,00** Total Item: 16.000,00



1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 19.366,50

TOTAL DA PROPOSTA

19.366,50

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 16.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: DIGITALE Modelo: 4.0

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.000,00** Total Item: 16.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 391,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CRISTOFOLI Modelo: MINI INCUBADORA

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 391,50** Total Item: 391,50

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 2.975,00**

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: CRISTOFOLI Modelo: SteriTest

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 59,50** Total Item: 2.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 8.956,00

TOTAL DA PROPOSTA 8.956,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 096 Total: 391,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: 21 Modelo: INCUBADORA

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 391,00** Total Item: 391,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 039 Total: 2.975,00

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: 21 Modelo: BIOLOGICAL TEST

Descrição: Teste indicador Biológico para mini incubadora. Teste indicador Biológico para mini incubadora. Serve para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Processo de incubação de 24 horas para finalização do resultado. Caixa com 10 cubetas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 59,50** Total Item: 2.975,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 042 Total: 4.690,00

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: CLEAN UP Modelo: BOWIE DICK

Descrição: Teste Bowie Dick em folhas. Teste Bowie Dick em folhas. Indicado para monitorar o sistema de pré-vácuo em esterilizadoras à vapor, para identificar vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. Embalagem com 50 folhas. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 469,00** Total Item: 4.690,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 015 Total: 900,00

Item: 1 Unidade: Caixa Marca: 21 Modelo: CLASSE 6

Descrição: Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Teste indicador Químico (emulador) ? Classe 6. Indicado para mostrar o resultado das condições de esterilização dentro da autoclave. Ele deve realizar a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, vapor e temperatura, mudando a sua cor. Caixa com 250 unidades. Possuir validade mínima até 2024.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 225,00** Total Item: 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 391,69



TOTAL DA PROPOSTA 391,69

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 050 Total: 391,69

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BIOTRON Modelo: BIOTRON

Descrição: Mini incubadora. Mini incubadora. Desenvolvida para incubar testes biológicos para monitorização dos ciclos de esterilização na autoclave. Características mínimas: Confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Cilindro de aquecimento produzido em alumínio, para dissipar de maneira uniforme a temperatura. Possuir controle eletrônico e automático de temperatura. A temperatura deve se manter dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Capacidade (mínima) de incubação de 04 indicadores biológicos simultaneamente. Possuir LED indicativo do modo de funcionamento. Deve comportar todas as marcas e modelos de testes biológicos com leitura em 24/48 horas, existentes no mercado. Temperatura máxima de incubação 60° C. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Itens inclusos: 01 mini incubadora. 01 manual de instruções. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 391,69 Total Item: 391,69

  1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 16.371,43

TOTAL DA PROPOSTA 16.371,43

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 066 Total: 16.371,43

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: STERMAX Modelo: AUTOCLAVE BOX SUPER TOP - 42 LITROS

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, digital. Autoclave de mesa, horizontal, digital. Câmara de esterilização produzida em aço inoxidável, com pintura epóxi branca, utilizada para esterilização de materiais através de calor úmido sob pressão. Especificações mínimas: Capacidade entre 40 a 45 litros. Possuir painel digital com teclado de membrana ou Touch Screen, controle termodinâmico de temperatura e pressão automáticos, através de displays e indicadores luminosos, de fácil acesso e visualização. Deve utilizar água limpa em cada ciclo. Permitir a seleção de diferentes ciclos. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Desligamento automático ao fim do processo. A porta (tampa) deve possuir sistema de restrição de abertura durante o processo. Voltagem: 220 Volts, ou bivolt. Itens inclusos: 01 autoclave. 01 manual de instruções. Bandeja de alumínio. Possuir registro na ANVISA. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.371,43** Total Item: 16.371,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Processo Administrativo Nº 52/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 01/08/2022 16:18:06

TOTAL DO PROCESSO: 1.267,75

TOTAL DA PROPOSTA

1.267,75

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 1.267,75**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Sulpack Modelo: SP 400 T

Descrição: Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Seladora de pedal com temporizador, 40 cm. Equipamento para selar embalagens de forma uniforme e rápida. Característica mínimas: Estrutura em aço com pintura epóxi branca. Possuir ajuste de temperatura de selagem. Possuir botão liga/desliga. Temporizador através de sinal luminoso. Altura do equipamento aproximado 105 cm. Voltagem: 110 Volts ou bivolt. Garantia de fábrica mínima 06 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.267,75** **Total Item: 1.267,75**

1 de 1