



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
CNPJ: 77.819.605/0001-33



São José das Palmeiras, 03 de abril de 2024.

De: Pregoeiro  
Para: Secretária o de Saúde  
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref. Pregão Eletrônico nº 07/2024

Em 25 de março de 2023, a empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, participante do processo Processo Licitatório 011/2024, Pregão Eletrônico nº 07/2024, cujo o objeto é o **aquisição parcela de materiais hospitalares a serem usados na UBS (unidade básica de Saúde), para atender a população , do Município de São José das Palmeiras – PR**, interpôs recurso administrativo, via ambiente virtual [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), de forma tempestiva, solicitando a desclassificação das propostas para o lote 013 – Monitor Multiparamétrico - da empresa CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME, sob a alegação que o produto cotado pela licitante acima mencionado não atende as especificações do edital.

Encaminha-se a (s) Secretaria (s) responsável (eis) pelo elaboração do Termo de Referência, para que se manifeste acerca do Recurso apresentado pela empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, no sentido de verificar se a proposta apresentada pela empresa supostamente considerada vencedora do certame, atende as especificações mínimas do edital.

Registro que não houve apresentação de Contra-recursos pelas demais licitantes.

  
CLAUDINEI FERREIRA  
Pregoeiro



ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33



São José das Palmeiras, 03 de abril de 2024.

De: Secretaria de Saúde


Para: Sr. Pregoeiro Claudinei Ferreira

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO

Vimos através deste prestar manifestação acerca do recurso apresentado pela Empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, Referente ao Processo Licitatório 07/2024, Pregão Eletrônico 07/2024 contra a classificação da proposta da licitante CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA – ME.

Primeiramente vejamos as especificação do LOTE 13, solicitadas em Edital: "Monitor Multiparamétrico -parâmetros básicos - Monitor multiparamétrico (ecg, respiração, oximetria de Pulso, pressão não invasiva e 02 canais de temperatura); Monitoramento adulto, pediátrico e neonatal; impressora térmica interna e análise de arritmia; Monitor com tela colorida de LCD de 12 polegadas ou superior; resolução de 1024x768 com no mínimo 08 curvas simultâneas, tendências de no mínimo 200 horas e visualização de no mínimo 03 telas diferentes; possuir Usb comunicação com central de monitorização; Possibilidade de comunicação com sistema hospitalar (his); monitor com possibilidade de seleção do tipo de Paciente (adulto, pediátrico e neonatal); menus e mensagens na língua portuguesa (brasil); peso máximo de 07 kg; grau de proteção mínima de ipx1; bateria interna recarregável com autonomia mínima de 01 hora; Alimentação bivolt automático; ecg : faixa de medição mínima de 30 a 300bpm; cabo de 03 e 05 vias e detecção de arritmias básicas; detecção de marca passo; aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto; proteção contra descarga do cardioversor e eletrocirúrgicos; Respiração: medição mínima na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm) por método de impedância torácica; spo2 : medição nas faixas mínimas de 0 a 100% e pulso de 30 a 300 bpm ; Formas de onda pletismográfica e taxa de de pulsação em batidas por minuto; indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo; sensor de spO2 adulto; Pressão Não Invasiva (pni): medição pelo método oscilatório em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg; alarmes de máximo e mínimo; medidas de pressão Arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e start com intervalos de medida de mínimos de 1 a 120 minutos; temperatura: transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável; Faixa de leitura mínima entre 25 a 45°; registrador térmico. Acessórios: 01 cabo de ecg de 3 vias; 01 cabo de paciente 5 vias (tipogarra); 01 manguito adulto; 01 Manguito infantil; 01 extensão de manguito (3,0 m); 01 Sensor dedo adulto reutilizável; 01 sensor de dedo Infantil reutilizável; 01 sensor de dedo universal; 01 Manual de usuário; 01 papel registrador; 01 sensor de Temperatura cutânea; 01 sensor de temperatura Esofágico. Garantia 12 meses para equipamento.





ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33



Registro na Anvisa Assistência Técnica autorizada pelo fabricante no estado do Paraná comprovado com documentação. MODELO: K-12 - ANVISA:".

Desta forma, a empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI solicitou desclassificação da empresa CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA – ME para o LOTE 13 sob a seguinte alegação “ a marca ofertada pela licitante supramencionada, MARCA GENERAL MEDITECH MODELO:G3D não possui “IMPRESSORA TERMICA OPCIONAL NO CATALOGO, NÃO POSSUÍ RESOLUÇÃO DE 1024X768 CONFORME MANUAL E CATALOGO SÓ TEM RESOLUÇÃO DE 800X600 E TAMBÉM NÃO POSSUÍ RESPIRAÇÃO DE 0 A 150RPM”, A empresa deixou de ofertar equipamento dentro das prescrições editalícias.”.

A **Empresa** CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA – ME. (1ª classificada) cotou o Equipamento MARCA GENERAL MEDITECH MODELO: G3D. Após pesquisa via internet, no sitio [www.cirurgicaceron.com.br](http://www.cirurgicaceron.com.br), verificou-se que o modelo citado possui Resolução de 800x600 pixels. Sobre a impressora térmica não possui possível verificar. Portanto, a proposta da empresa CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA – ME., não atende o edital, e deverá ser de imediata **desclassificada para o LOTE 13**,


Segue ficha técnica do produto citado para comprovação.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente.

  
**ERONISES FERNANDES DA SILVA**  
Secretário de Saúde

Fotos



## MONITOR MULTIPARAMETRICO G3D TELA DE 12 POLEGADAS

**R\$ (BRL) 10.421,05**

R\$ 9.900,00 à vista com desconto Pix - Vindi

ou 6x de R\$ 1.736,84 Sem juros MasterCard - Vindi

Quantidade:

1

Comprar

Simulador de Frete

CEP:

Calcular frete (<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-m>





**Descrição Geral** (<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor>)

**Garantia** (<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-multip>)

**Formas de Pagamento** (<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/m>)

**Avaliações** (<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-mult>)

- Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histórico de arritmias gravadas com traçados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecção do segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR.
- Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP.
- Oximetria (SPO2) com Curva Plestimográfica; Indicação numérica de Saturação e PULSO (PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica.
- Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais – Esofágico/Retal); Sensor Imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T).
- Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automático com medidas entre 01 minuto até 08 horas. Acionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa.
- Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica (Resp). Traçado com ganho automático. Detecção de Apnéia com tempo programado.
- Calculador de medicamentos Incorporado.
- Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Opcional touch screen. Resolução 800×600 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente.
- Apresentação de 8 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos.
- Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. • Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas.
- Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas).
- Design para consumo de baixa energia com modo Stand by.
- Uso Adulto, pediátrico e neonatal (selecionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis).
- Alça para transporte.



- Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador.
- Tensão de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automático.
- Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc.
- Brilho de tela e volume ajustável.
- Detecção de Marca Passo.
- Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota, Upgrade de software via computador
- Proteção para uso simultâneo com desfibrilador.
- Dimensões e pesos: 352×365\*146mm 4.8kg – tela 12.1”.
- Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão.

#### Detalhes

Marca: Endobrax (/endobrax) Modelo: G3D Disponibilidade: Imediata Referência: 10000834

# Produtos Relacionados






(<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamento-profissional/monitor-multiparametrico-g3g-pre-etco2-general-meditech>)

Monitor Multiparametrico G3G - General Meditech (<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamento-profissional/monitor-multiparametrico-g3g-pre-etco2-general-meditech>)

Esgotado!







(<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/cardiotocografo-g6a-monitor-fetal>)

CARDIOTOCÓGRAFO G6A MONITOR FETAL (<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/cardiotocografo-g6a-monitor-fetal>)

Esgotado!








<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-multiparametro-12-1-g3n>

Monitor Multiparâmetro 12.1 G3N (<https://www.cirurgiaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-multiparametro-12-1-g3n>)

**R\$ 8.947,36**

R\$ 8.499,99 à vista com desconto Pix - Vindi  
ou 6x de R\$ 1.491,23 Sem juros MasterCard - Vindi





(<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-multiparametro-15-g3l>)

Monitor Multiparâmetro 15 G3L (<https://www.cirurgicaceron.com.br/equipamentos-medicos/monitores/monitor-multiparametro-15-g3l>)

**R\$ 10.421,05**

R\$ 9.900,00 à vista com desconto Pix - Vindi  
ou 6x de R\$ 1.736,84 Sem juros MasterCard - Vindi

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE** ([HTTP://WWW.TRAY.COM.BR/?](http://www.tray.com.br/?)

[UTM\\_SOURCE=RODAPE&UTM\\_MEDIUM=LOJAS&UTM\\_CAMPAIGN=988823&UTM\\_TERM=VAREJO](#))

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=554833420121>)

google-site-verification: google00111207513b1d42.html

